КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Одноразовая хирургическая ретракторная система

Информационный каталог для дилеров, клиник и хирургических отделений

Доступные к поставке варианты исполнения

- самофиксирующийся ретрактор для хирургического доступа;
- одноразовое стерильное медицинское изделие;
- кольца и эластичные ретракторные крючки подбираются под вид вмешательства;
- для профессионального применения квалифицированным медицинским персоналом.

Назначение и область применения

Назначение

Одноразовая хирургическая ретракторная система предназначена для использования в качестве самофиксирующегося ретрактора, позволяющего выполнять хирургические операции без помощи ассистента.

Система состоит из ретракторного кольца и ретракторных крючков, которые фиксируются одной стороной за края раны, а другой - за ретракторное кольцо.

Области применения

- гинекология
- урология
- колоректальная хирургия
- общая хирургия
- реконструктивная и пластическая хирургия
- хирургия кисти и стопы
- оперативная оториноларингология
- нейрохирургия

Ретракторные кольца

Кольцо размещается в области операционного поля и адаптируется под контуры тела при помощи винтов. Крючки устанавливаются отдельно и фиксируются к краю ретракторного кольца.

Артикул	Наименование	L	H	L2	Масса	Упаковка
WZRR-A-C	Ретракторное кольцо	325 ±15 мм	183 ±15 мм	28 ±8 мм	138,8 г ±5%	1 шт.
WZRR-A-D	Ретракторное кольцо	141 ±15 мм	141 ±15 мм	28 ±8 мм	104 г ±5%	1 шт.
WZRR-A-H	Ретракторное кольцо	166 ±15 мм	166 ±15 мм	28 ±8 мм	77,6 г ±5%	1 шт.

Примечание: L, H и L2 указаны в миллиметрах по эксплуатационной документации. Ретракторное кольцо используется совместно с ретракторными крючками, подбираемыми отдельно.

Ретракторные крючки

Ретракторный крючок состоит из металлического крючка и эластичной трубки. Эластическое натяжение способствует стабильному удержанию ретракторного кольца на протяжении операции.

Артикул	Наименование	Длина L3	Масса	Комплектность
WZRR-P1-S-1	Ретракторные крючки	162 ±15 мм	14,8 г ±5%	6 шт. в упаковке
WZRR-P1-L-1	Ретракторные крючки	166 ±15 мм	67 г ±5%	6 шт. в упаковке
WZRR-P2-S-1	Ретракторные крючки	162 ±15 мм	67 г ±5%	6 шт. в упаковке
WZRR-P2-L-1	Ретракторные крючки	166 ±15 мм	63 г ±5%	6 шт. в упаковке
WZRR-P3-L-1	Ретракторные крючки	168 ±15 мм	63 г ±5%	4 шт. в упаковке

Материалы и особенности

Ретракторные кольца

Бранши ретракторного кольца: пластик ABS Novodur HD M203FC. Крепежный винт: пластик ABS.

Ретракторные крючки

Крючок: сталь 12Cr18Ni9. Эластичная часть: силиконовая резиновая смесь Silopren LSR 4050.

Общие характеристики поставляемых изделий

Параметр	Значение
Кратность применения	однократное применение
Стерилизация	этиленоксид (ЕО)
Лекарственные средства, материалы животного или человеческого происхождения	отсутствуют
Очистка и дезинфекция	изделие не подлежит очистке или дезинфекции
Техническое обслуживание и ремонт	не предусмотрены для изделия однократного применения
Температура хранения, транспортирования и эксплуатации	от +5 °C до +45 °C
Относительная влажность при хранении и транспортировании	не более 80%
Срок годности	2 года

Как заказать

Подбор комплектации

- укажите вид хирургического вмешательства;
- выберите требуемое кольцо;
- подберите совместимые варианты ретракторных крючков;
- при необходимости запросите коммерческое предложение под конкретное ЛПУ.

Контакты

ООО «МЕДЛАЗЦЕНТР»
Лапина Татьяна Викторовна, главный менеджер
Тел.: +7 (495) 668-12-91
E-mail: medlaztiu@yandex.ru
Адрес: Москва, Ленинский пр-т, 131
Сайт: https://retraktor.medlaz-center.ru

Настоящий каталог носит информационный характер и не заменяет инструкцию по применению. Использование изделия допускается только в соответствии с эксплуатационной документацией и назначением медицинского изделия.

Дата подготовки каталога: 23.05.2026