microcure

ПОДБОР РЕТРАКТОРНЫХ КОЛЕЦ И КРЮЧКОВ MICROCURE

Краткая практическая памятка для участников РОКХ 2026

Одноразовая хирургическая ретракторная система состоит из ретракторного кольца и ретракторных крючков. Выбор конкретной конфигурации выполняется хирургом с учетом вида вмешательства, анатомических особенностей и требуемого операционного доступа.

1. Зарегистрированные ретракторные кольца

Модель	L	H	L2	Упаковка
WZRR-A-C	325 ±15 мм	183 ±15 мм	28 ±8 мм	1 шт.
WZRR-A-D	141 ±15 мм	141 ±15 мм	28 ±8 мм	1 шт.
WZRR-A-H	166 ±15 мм	166 ±15 мм	28 ±8 мм	1 шт.

Кольцо размещается в области операционного поля; крючки устанавливаются отдельно и фиксируются к ретракторному кольцу.

2. Зарегистрированные ретракторные крючки

Модель	Длина L3	Комплектность
WZRR-P1-S-1	162 ±15 мм	6 шт. в упаковке
WZRR-P1-L-1	166 ±15 мм	6 шт. в упаковке
WZRR-P2-S-1	162 ±15 мм	6 шт. в упаковке
WZRR-P2-L-1	166 ±15 мм	6 шт. в упаковке
WZRR-P3-L-1	168 ±15 мм	4 шт. в упаковке

3. Как формируется комплектация

• Определяется вид хирургического вмешательства и необходимая конфигурация операционного доступа.

• Выбирается подходящая модель ретракторного кольца.

• Хирург подбирает модели и количество ретракторных крючков в соответствии с клинической задачей.

• При необходимости специалисты ООО «МЕДЛАЗЦЕНТР» могут предоставить информацию о доступных зарегистрированных моделях и помочь сформировать комплект для апробации.

Важно. Настоящая памятка не устанавливает жесткое соответствие конкретной модели кольца или крючка определенной операции. Окончательный выбор компонентов выполняется хирургом. Использование изделия - только в соответствии с официальной инструкцией по применению.

ООО «МЕДЛАЗЦЕНТР» - официальный представитель Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd. в Российской Федерации
+7 (495) 668-12-91 | medlaztiu@yandex.ru | retraktor.medlaz-center.ru
Медицинское изделие зарегистрировано в РФ: ЕРУЛ Г004-00110-00/04351425 от 13.02.2026, бессрочно.